

Odesílatel (razítko, podpis):

Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17-Rosice
Tel. 466 644 000
e-mail: interimun@interimun.cz
Žádanka a informace k prováděným metodám:
www.interimun.cz

IČP:

Odbornost:

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Pojišťovna:

Číslo pojištění / RČ:

Pohlaví: M Ž

Datum narození:

Kontakt na pacienta:

Datum a čas odběru vzorku:

Odběr provedl:

Důvod provedení testu (nepovinné):

Další informace:

ANO NE

- kontakt s aktivní TBC; počátek kontaktu (datum):
- suspektní TBC (podle RTG nálezu)
- suspektní TBC (podle symptomů)
- TBC v osobní anamnéze
- terapie antituberkulotiky; pokud ano, kdy:
- imunodeficience
- terapie léky s imunosupresivním účinkem
- onemocnění vedoucí k imunosupresi
- BCG vakcinace
- test Mantoux II; hodnota (mm):

Pokyny k odběru:

Prosíme, neodebírejte v pátek a před svátky.

(výjimky pouze po domluvě s laboratoří)

Odběr se provádí do čtyř speciálních vakuových zkumavek, určených pouze pro tento test:

1. zkumavka se ZELEným víčkem označená TB1; s mykobakteriálními antigeny pro stimulaci CD4+ T lymfocytů,
2. zkumavka se ŽLUTým víčkem označená TB2; s mykobakteriálními antigeny pro stimulaci CD4+ a CD8+ T lymfocytů,
3. zkumavka s FIALOVým víčkem (MIT); s mitogenem; pozitivní kontrola,
4. zkumavka se ŠEDým víčkem (NIL); bez stimulatorů; negativní kontrola.

Odběrové zkumavky si vyžádejte u nás v laboratoři.

Skladujte v chladničce (nemrazte). Před odběrem vytemperujte na pokojovou teplotu.

1. Od každého pacienta odeberte 4 x 1 ml krve do zkumavek odlišných barev uzávěrů (ZELENÁ, ŽLUTÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ).

Vakuem umožní odebrat optimální množství krve (viz černá ryska na zkumavce). Odběr je nutné opakovat, pokud je množství odebrané krve výrazně mimo rysku. Při takto malém objemu krev natéká relativně pomalu; požadovaný objem bude odebrán, pokud zkumavku necháte nasazenou na jehle ještě 2-3s po dosažení rysky.

2. Zkumavky 10x obraťte, aby došlo k promíchání obsahu a celý vnitřní povrch zkumavky se dostal do kontaktu se vzorkem. Vnitřní povrch odběrové zkumavky je pokryt antigeny a protisrážlivým činidlem, které je třeba rozpustit ve vzorku krve.

3. Zkumavky označte jménem pacienta a vyplňte žádanku o vyšetření.

Zkumavky s odebranou krví uchovejte při pokojové teplotě - ne v lednici.

Nízká teplota nevratně snižuje aktivitu lymfocytů, test pak nelze vyhodnotit. Vhodná je teplota 22 ±5°C.

Vzorek musí být zpracován v laboratoři nejpozději 16 hodin po odběru.